

## Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

*Licitació número 384/2017/TU. Subministrament per mitjà d'arrendament amb opció a compra i manteniment d'equips de radiologia en el Departament de Salut d'Alacant - Hospital General. [2017/6984]*

1. Entitat adjudicatària
  - a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
  - b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Salut d'Alacant - Hospital General.
  - c) Número d'expedient: procediment obert número 384/2017/T.U.
  
2. Objecte del contracte
  - a) Descripció de l'objecte: subministrament per mitjà d'arrendament amb opció a compra i manteniment d'equips de radiologia en el departament de salut d'Alacant - Hospital General.
  - b) CPV: 33124000-5, Aparells i material per a diagnòstic i radio-diagnòstic.
  - c) Nombre de lots: tres lots. Total con IVA
    - Lot 1, sala RX digitalitzada per a urgències pediàtriques: 383.164,80 €.
    - Lot 2, sala RX digitalitzada per a urgències general: 390.918,48 €.
    - Lot 3, portàtils RX: 369.312,72 €.
  - d) Lloc d'entrega: magatzem general de l'Hospital General Universitari d'Alacant, siti en l'avinguda del Pintor Baeza, número 12, 03010 Alacant.
  - e) Termini d'entrega: 24 mesos.
  - f) Termini d'execució: 24 mesos.
  
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
  - a) Tramitació: urgent.
  - b) Procediment d'adjudicació: obert.
  
4. Pressupost base de licitació
  - a) Import total: 1.143.396,00 € (un milió cent quaranta-tres mil tres-cents noranta-sis euros). IVA inclòs.
  - b) Base imposable: 991.440,00 € (nou-cents noranta-un mil quatre-cents quaranta euros).
  - c) IVA 21 %: 151.956,00 € (cent cinquanta-un mil nou-cents cinquanta-sis euros).
  
5. Garanties
  - a) Garantia provisional: no és procedent.
  - b) Garantia definitiva: 5 % de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

Lot 1, sala RX digitalitzada per a urgències pediàtriques

Orde	Concepte	Punts Ponderació
1	Preu	50
2	Ampliació del termini de garantia	10
3	Adaptació estructural	7
4	Major capacitat calorífica de l'ànode de l'exigida	3
5	Major capacitat calorífica del conjunt ànode-cuirassa de l'exigida	3
6	Menor grandària de focus gruixut del mínim exigít	3
7	Detector amb ansa	2
8	Càrrega del detector en bucky de taula sense necessitat de cable	2
9	Desbloqueig dels moviments de la taula per mitjà d'accionador de puntelló	2

## Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

*Licitación número 384/2017/TU. Suministro mediante arrendamiento con opción a compra y mantenimiento de equipos de radiología en el Departamento de Salud de Alicante - Hospital General. [2017/6984]*

1. Entidad adjudicataria
  - a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública.
  - b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud de Alicante-Hospital General.
  - c) Número de expediente: procedimiento abierto número 384/2017/T.U.
  
2. Objeto del contrato
  - a) Descripción del objeto: suministro mediante arrendamiento con opción a compra y mantenimiento de equipos de radiología en el Departamento de Salud de Alicante-Hospital General.
  - b) CPV: 33124000-5, Aparatos y material para diagnóstico y radio-diagnóstico.
  - c) Número de lotes: tres lotes. Total con IVA.
    - Lote 1, sala RX digitalizada para urgencias pediátricas: 383.164,80 €.
    - Lote 2, sala RX digitalizada para urgencias general: 390.918,48 €.
    - Lote 3, portátiles RX: 369.312,72 €.
  - d) Lugar de entrega: almacén general del Hospital General Universitario de Alicante, sito en avenida Pintor Baeza, núm. 12, 03010 Alicante.
  - e) Plazo de entrega: 24 meses.
  - f) Plazo de ejecución: 24 meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  - a) Tramitación: urgente.
  - b) Procedimiento de adjudicación: abierto.
  
4. Presupuesto base de licitación
  - a) Importe total: 1.143.396,00 € (un millón ciento cuarenta y tres mil trescientos noventa y seis euros). IVA. incluido.
  - b) Base Imponible: 991.440,00 € (novecientos noventa y un mil cuatrocientos cuarenta euros).
  - c) IVA. 21 %: 151.956,00 € (ciento cincuenta y un mil novecientos cincuenta y seis euros).
  
5. Garantías
  - a) Garantía provisional: no procede.
  - b) Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Lote 1: sala RX digitalizada para urgencias pediátricas

Orden	Concepto	Puntos Ponderación
1	Precio	50
2	Ampliación del plazo de garantía	10
3	Adaptación estructural	7
4	Mayor capacidad calorífica del ánodo de la exigida	3
5	Mayor capacidad calorífica del conjunto ánodo-coraza de la exigida	3
6	Menor tamaño de foco grueso del mínimo exigido	3
7	Detector con asa	2
8	Carga del detector en bucky de mesa sin necesidad de cable	2
9	Desbloqueo de los movimientos de la mesa mediante accionador de patada	2

10	Menor rang d'altura vertical de la taula del mínim exigit	3
11	Major rang de desplaçament del detector en la taula de l'exigit	3
12	Programari de gestió que permeta analitzar les dades de les exploracions, permeta la monitorització dels nivells de dosi utilitzats en les exploracions (acumulades i per estudi), realitzar anàlisi de temps en els fluxos de treball	3
13	Duració de la bateria del detector portàtil més de 600 imatges	2
14	Major desplaçament vertical de la suspensió de sostre de l'exigit	2
15	Major valor nominal de potència per a focus fi	1
16	Major valor nominal de potència per a gros de l'exigit	1
17	Temps de previsualització de les imatges en la pantalla de la sala de control inferior a 2 segons	1
18	Temps de visualització de la imatge completa en la pantalla de la sala de control inferior a 5 segons	1
19	Absorció equivalent de la radiació del tauler de la taula $\leq 0.65\text{mm Al a } 100\text{ kV}$	1

Lot 2, sala RX digitalitzada per a urgències general

Orde	Concepte	Punts Ponderació
1	Preu	50%
2	Ampliació del termini de garantia	10%
3	Adaptació estructural	7%
4	Major capacitat calorífica de l'ànode de l'exigida	3%
5	Major capacitat calorífica del conjunt ànode-cuirassa de l'exigida	3%
6	Menor grandària de focus gros del mínim exigit	3%
7	Detector amb ansa	2%
8	Càrrega del detector en bucky de taula sense necessitat de cable	2%
9	Desbloqueig dels moviments de la taula per mitjà d'accionador de puntelló	2%
10	Menor rang d'altura vertical de la taula del mínim exigit	3%
11	Major rang de desplaçament del detector en la taula de l'exigit	3%
12	Programari de gestió que permeta analitzar les dades de les exploracions, permeta la monitorització dels nivells de dosi utilitzats en les exploracions (acumulades i per estudi), realitzar anàlisi de temps en els fluxos de treball	3%
13	Duració de la bateria del detector portàtil més de 600 imatges	2%
14	Major desplaçament vertical de la suspensió de sostre de l'exigit	2%
15	Major valor nominal de potència per a focus fi	1%
16	Major valor nominal de potència per a gros de l'exigit	1%
17	Temps de previsualització de les imatges en la pantalla de la sala de control inferior a 2 segons	1%
18	Temps de visualització de la imatge completa en la pantalla de la sala de control inferior a 5 segons	1%
19	Absorció equivalent de la radiació del tauler de la taula $\leq 0.65\text{mm Al a } 100\text{ kV}$	1%

10	Menor rango de altura vertical de la mesa del mínimo exigido	3
11	Mayor rango de desplazamiento del detector en la mesa del exigido	3
12	Software de gestión que permita analizar los datos de las exploraciones, permita la monitorización de los niveles de dosis utilizados en las exploraciones (acumuladas y por estudio), realizar análisis de tiempos en los flujos de trabajo	3
13	Duración de la batería del detector portátil más de 600 imágenes	2
14	Mayor desplazamiento vertical de la suspensión de techo del exigido	2
15	Mayor valor nominal de potencia para foco fino	1
16	Mayor valor nominal de potencia para grueso del exigido	1
17	Tiempo de pre-visualización de las imágenes en la pantalla de la sala de control inferior a 2 segundos	1
18	Tiempo de visualización de la imagen completa en la pantalla de la sala de control inferior a 5 segundos	1
19	Absorción equivalente de la radiación del tablero de la mesa $\leq 0.65\text{mm Al a } 100\text{ kV}$	1

Lote 2: sala RX digitalizada para urgencias general

Orden	Concepto	Puntos Ponderación
1	Precio	50%
2	Ampliación del plazo de garantía	10%
3	Adaptación estructural	7%
4	Mayor capacidad calorífica del ánodo de la exigida	3%
5	Mayor capacidad calorífica del conjunto ánodo-coraza de la exigida	3%
6	Menor tamaño de foco grueso del mínimo exigido	3%
7	Detector con asa	2%
8	Carga del detector en bucky de mesa sin necesidad de cable	2%
9	Desbloqueo de los movimientos de la mesa mediante accionador de patada	2%
10	Menor rango de altura vertical de la mesa del mínimo exigido	3%
11	Mayor rango de desplazamiento del detector en la mesa del exigido	3%
12	Software de gestión que permita analizar los datos de las exploraciones, permita la monitorización de los niveles de dosis utilizados en las exploraciones (acumuladas y por estudio), realizar análisis de tiempos en los flujos de trabajo	3%
13	Duración de la batería del detector portátil más de 600 imágenes	2%
14	Mayor desplazamiento vertical de la suspensión de techo del exigido	2%
15	Mayor valor nominal de potencia para foco fino	1%
16	Mayor valor nominal de potencia para grueso del exigido	1%
17	Tiempo de pre-visualización de las imágenes en la pantalla de la sala de control inferior a 2 segundos	1%
18	Tiempo de visualización de la imagen completa en la pantalla de la sala de control inferior a 5 segundos	1%
19	Absorción equivalente de la radiación del tablero de la mesa $\leq 0.65\text{mm Al a } 100\text{ kV}$	1%

Lot 3, portàtils: 2 unitats

Orde	Concepte	Punts/ Ponderació
1	Preu	53
2	Ampliació del termini de garantia	10
3	Braç articulat amb rotació lateral	3
4	Detector amb hansa	3
5	Cables completament integrats	3
6	Pantalla amb control tàctil inclús amb guants	3
7	Pes inferior a 400kg	3
8	Major SID del mínim exigít	3
9	Major extensió horitzontal del braç de l'exigít	3
10	Major capacitat calorífica de l'ànode de l'exigida	2
11	Major capacitat calorífica del conjunt ànode-cuirassa de l'exigida	2
12	Potència del generador superior a 32 kW	2
13	Càrrega del detector en el compartiment d'emmagatzematge de la unitat de rajos x	2
14	Duració de la bateria del detector portàtil mes de 600 imatges	2
15	Temps de previsualització dels imatges inferior a 2 segons	2
16	Temps de visualització de la imatge completa inferior a 5 segons	2
17	Control remot del tir	2

7. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Departament de Salut d'Alacant - Hospital General, o en la web de Perfil de contractant, l'adreça electrònica de la qual és <http://www.contratationdelestado.es>.

b) Domicili: avinguda del Pintor Baeza, núm. 12, pavelló General, segona Planta, Contractació Administrativa.

c) Localitat i codi postal: Alacant (C.P. 03010).

d) Telèfon: 965 933 741 – 965.93.37.39.

e) Telefax: 965 933 094

f) Data límit d'obtenció de documentació i informació: Es podrà descarregar del Perfil de Contractant en l'adreça web a dalt assenyalada, fins a l'últim dia de presentació de propostions.

8. Requisits específics del contractista: els licitadors acreditaran la seua solvència econòmica, financera i tècnica segons els mitjans establits en els articles 75 i 77 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

1) Mitjans per a acreditar la solvència econòmica i financera: volum anual de negocis en l'àmbit a què es referisca el contracte, referit als tres últims exercicis conclusos per un import igual o superior a 300.000 € anuals (art. 75.1.a). L'acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera de l'empresari s'efectuarà per mitjà de l'aportació dels certificats i documents corresponents o les declaracions del mateix empresari, quan aquells no puguin ser expedits per una entitat del sector públic.

En tot cas, la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de les Administracions Públiques acreditarà, enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, d'acord amb el que hi estiga reflectit i excepte prova en contra, les condicions de solvència econòmica i financera de l'empresari.

2) Mitjans per a acreditar la solvència tècnica i professional:

Relació dels principals subministraments efectuats durant els cinc últims anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els subministraments efectuats s'acreditaran per mitjà de certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari siga una entitat del sector públic o quan el destinatari siga un comprador privat, per mitjà d'un certificat expedit per este o, a falta d'este certificat, per mitjà d'una declaració de l'empresari (art. 77.1 a).

Lote 3: 2 unidades

Orden	Concepto	Puntos Ponderación
1	Precio	53
2	Ampliación del plazo de garantía	10
3	Brazo articulado con rotación lateral	3
4	Detector con asa	3
5	Cables completamente integrados	3
6	Pantalla con control táctil incluso con guantes	3
7	Peso inferior a 400kg	3
8	Mayor SID del mínimo exigido	3
9	Mayor extensión horizontal del brazo del exigido	3
10	Mayor capacidad calorífica del ánodo de la exigida	2
11	Mayor capacidad calorífica del conjunto ánodo-coraza de la exigida	2
12	Potencia del generador superior a 32 kW	2
13	Carga del detector en el compartimento de almacenamiento de la unidad de rayos x	2
14	Duración de la batería del detector portátil más de 600 imágenes	2
15	Tiempo de pre-visualización de las imágenes inferior a 2 segundos	2
16	Tiempo de visualización de la imagen completa inferior a 5 segundos	2
17	Control remoto del disparo	2

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Salud de Alicante-Hospital General, o en la Web de Perfil de Contratante, cuya dirección electrónica es <http://www.contratationdelestado.es>

b) Domicilio: **av. Pintor Baeza**, nº12. Pabellón General 2.ª Planta, Contratación Administrativa.

c) Localidad y código postal: Alicante (C.P. 03010).

d) Teléfono: 965 933 741 – 965.93.37.39.

e) Telefax: 965 933 094

f) Fecha límite de obtención de documentación e información: Se podrá descargar del Perfil de Contratante en la dirección web arriba señalada, hasta el último día de presentación de propuestas.

8. Requisitos específicos del contratista: Los licitadores acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica según los medios establecidos en los artículos 75 y 77 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Medios para acreditar la solvencia económica y financiera:

Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido a los tres últimos ejercicios concluidos por importe igual o superior a 300.000 € anuales (art. 75.1 a). La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de los Certificados y documentos correspondientes o Declaraciones del propio empresario, cuando aquellos no puedan ser expedidos por una entidad del sector público.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

2. Medios para acreditar la solvencia técnica y profesional:

Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario (art. 77.1 a).



9. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació  
a) Data límit de presentació: Fins a les catorze hores del 4 de setembre de 2017.

b) Documentació a presentar: l'establida en el plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació

Entitat: Registre General de l'Hospital General Universitari d'Alacant, pavelló General, primera planta.

Domicili: avinguda del Pintor Baeza, núm. 12.

Localitat i codi postal: Alacant 03010.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre les seues ofertes: Tres mesos des de l'obertura de proposicions econòmiques.

e) Admissió de variants: no.

f) Nombre: no és precedent.

10. Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Hospital General Universitari d'Alacant, pavelló General, primera planta, sala de juntes.

b) Domicili: avinguda del Pintor Baeza, núm. 12.

c) Localitat: Alacant 03010.

d) Data i hora d'obertura de la documentació tècnica (sobre 2): es publicarà en el perfil de contractant.

e) Data i hora d'obertura de la documentació econòmica (sobre 3): es publicarà en el perfil de contractant.

11. Altres informacions

Les proposicions podran estar redactades en valencià o castellà.

12. Despeses d'anuncis

L'import màxim d'aquest anunci serà de 3.000 euros a càrrec dels adjudicataris.

Alacant, 25 de juliol de 2017.– El gerent: Miguel Ángel García Alonso. La directora econòmica: Carmen Gomis Sáez. (R 22.07.2016 de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, DOCV 7846).

9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:  
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 4 de septiembre de 2017

b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Hospital General Universitario de Alicante, Pabellón General, 1.ª Planta.

Domicilio: av. Pintor Baeza, núm. 12.

Localidad y Código Postal: Alicante (C.P. 03010).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener sus ofertas: Tres meses desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: no.

f) Número: no procede.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General Universitario de Alicante, pabellón general, primera planta, sala de juntas.

b) Domicilio: avenida Pintor Baeza, núm. 12.

c) Localidad: Alicante 03010.

d) Fecha y hora de apertura de la documentación técnica (sobre 2): se publicará en el perfil de contratante.

e) Fecha y hora de apertura de la documentación económica (sobre 3): se publicará en el perfil de contratante.

11. Otras informaciones

Las proposiciones podrán estar redactadas en valenciano o castellano.

12. Gastos de anuncios

El importe máximo del presente anuncio será de 3.000 euros, por cuenta de los adjudicatarios.

Alicante, 25 de julio de 2017.– El gerente: Miguel Ángel García Alonso. La directora económica: Carmen Gomis Sáez. (R 22.07.2016 de la conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, DOCV 7846).